

CONTROL

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

LKR0717



2017-09-05

QCP Data Months : **July, August**
Mois de Contrôle : **Juillet, Août**

LeukoReduced RBC	Parameter / Paramètre	CONTROL 1		CONTROL 2	
		LOT	LKR0717L	LOT	LKR0717H
		Mean Cibles	Range Variation	Mean Cibles	Range Variation
Flow Cytometer Cytométrie en Flux	WBC / GB / μ L & 10 ⁶ /L	2,4	0,4 - 4,4	20,0	15,0 - 25,0
Nageotte Chamber Cellule de Nageotte	WBC / GB / μ L & 10 ⁶ /L	2,0	0,5 - 3,5	19,0	13,3 - 24,7
ADAM rWBC	WBC / GB / μ L & 10 ⁶ /L	2,5	0,5 - 4,5	20,0	14,0 - 26,0



IVD



EC REP

EUROCELL Diagnostics - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE



R & D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413 .

CONTROL

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

LKR0917



2017-11-05

QCP Data Months : **September, October**
Mois de Contrôle : **Septembre, Octobre**

LeukoReduced RBC	Parameter / Paramètre	CONTROL 1		CONTROL 2	
		LOT	LKR0917L	LOT	LKR0917H
		Mean Cibles	Range Variation	Mean Cibles	Range Variation
Flow Cytometer Cytométrie en Flux	WBC / GB / μ L & 10 ⁶ /L	2,1	0,3 - 3,9	20,0	15,0 - 25,0
Nageotte Chamber Cellule de Nageotte	WBC / GB / μ L & 10 ⁶ /L	2,0	0,5 - 3,5	19,0	13,3 - 24,7
ADAM rWBC	WBC / GB / μ L & 10 ⁶ /L	2,2	0,2 - 4,2	20,0	14,0 - 26,0



IVD



EC REP

EUROCELL Diagnostics - 19 Rue Louis Delourmel
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE



R & D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413 .