

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES  
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

LKR/LKP0717



2017-09-05

QCP Data Months : **July, August**  
Mois de Contrôle : **Juillet, Août**

LeukoReduced RBC	Parameter / Paramètre	CONTROL 1		CONTROL 2	
		LOT	LKR0717L	LOT	LKR0717H
		Mean Cibles	Range Variation	Mean Cibles	Range Variation
Flow Cytometer Cytométrie en Flux	WBC / GB / $\mu\text{L}$ & $10^6/\text{L}$	2,4	0,4 - 4,4	20,0	15,0 - 25,0
Nageotte Chamber Cellule de Nageotte	WBC / GB / $\mu\text{L}$ & $10^6/\text{L}$	2,0	0,5 - 3,5	19,0	13,3 - 24,7
ADAM rWBC	WBC / GB / $\mu\text{L}$ & $10^6/\text{L}$	2,5	0,5 - 4,5	20,0	14,0 - 26,0

LeukoReduced PLT	Parameter / Paramètre	CONTROL 1		CONTROL 2	
		LOT	LKP0717L	LOT	LKP0717H
		Mean Cibles	Range Variation	Mean Cibles	Range Variation
Flow Cytometer Cytométrie en Flux	WBC / GB / $\mu\text{L}$ & $10^6/\text{L}$	2,0	0,5 - 3,5	19,9	14,9 - 24,9
Nageotte Chamber Cellule de Nageotte	WBC / GB / $\mu\text{L}$ & $10^6/\text{L}$	2,0	0,5 - 3,5	19,3	13,9 - 24,7
ADAM rWBC	WBC / GB / $\mu\text{L}$ & $10^6/\text{L}$	2,6	0,6 - 4,6	21,0	15,7 - 26,3



EUROCELL Diagnostics - 19 Rue Louis Delourmel  
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE



R & D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413 .

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES  
VALEURS CIBLES ET INTERVALLES DE VARIATIONS

LOT

LKR/LKP0917



2017-11-05

QCP Data Months : **September, October**  
Mois de Contrôle : **Septembre, Octobre**

LeukoReduced RBC	Parameter / Paramètre	CONTROL 1		CONTROL 2	
		LOT	LKR0917L	LOT	LKR0917H
		Mean Cibles	Range Variation	Mean Cibles	Range Variation
Flow Cytometer Cytométrie en Flux	WBC / GB / $\mu$ L & $10^6/L$	2,1	0,3 - 3,9	20,0	15,0 - 25,0
Nageotte Chamber Cellule de Nageotte	WBC / GB / $\mu$ L & $10^6/L$	2,0	0,5 - 3,5	19,0	13,3 - 24,7
ADAM rWBC	WBC / GB / $\mu$ L & $10^6/L$	2,2	0,2 - 4,2	20,0	14,0 - 26,0

LeukoReduced PLT	Parameter / Paramètre	CONTROL 1		CONTROL 2	
		LOT	LKP0917L	LOT	LKP0917H
		Mean Cibles	Range Variation	Mean Cibles	Range Variation
Flow Cytometer Cytométrie en Flux	WBC / GB / $\mu$ L & $10^6/L$	3,5	0,5 - 6,5	19,2	14,4 - 24,0
Nageotte Chamber Cellule de Nageotte	WBC / GB / $\mu$ L & $10^6/L$	2,5	0,5 - 4,5	18,0	12,6 - 23,4
ADAM rWBC	WBC / GB / $\mu$ L & $10^6/L$	3,8	0,6 - 7,0	21,5	15,7 - 27,3



EUROCELL Diagnostics - 19 Rue Louis Delourmel  
35230 - NOYAL CHATILLON / SEICHE - FRANCE



R & D Systems, Inc. - 614 Mc Kinley Place N.E. - Minneapolis, MN USA 55413 .